



NAZAL TÜP YERLEŞTİRME TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_93	07.11.2012	20.12.2022	RV01	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

20.12.2022

Hastane logosu değiştirildi.

1

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



NAZAL TÜP YERLEŞTİRME TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_93	07.11.2012	20.12.2022	RV01	3

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, nazogastrik yerleştirilmesinde standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat, nazogastrik tüp yerleştirme faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4.TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından hekim ve hemşire sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. TANILAMA

6.1.1.Yaşa ve Kiloya Göre NG tüp Numaraları

- 1500 gr' a kadar: 4 no
- 1500-2500 gr: 5 no
- 2500-3500 gr: 6 no
- 3500 ve üstü : 8 no
- Yenidoğan: 4-5 no
- 0-2 Yaş: 6-8-10 no
- Adolesan: 10-12 no
- Yetişkin: 10-12-14-16

6.2. UYGULAMA

6.2.1.Malzemeler

- Nazogastrik sonda (beslenme amaçlı takılıyor ise beslenme tüpü)
- Kayganlaştırıcı jel
- Eldiven
- 50 cc'lik enjektör
- Steteskop
- Tespit bandı

6.2.2.Tüp Yerleştirme İşlemi

6.2.2.1. Nazogastrik Tüp Yerleştirme :

- Hasta ve/veya yakınlarına işlem hakkında bilgi verilir.
- “El Hijyeni Talimatı” na göre el hijyeni sağlanır.
- Eldiven giyilir.
- Hastanın başı en az 45° kaldırılır.
- Tüp jelle kayganlaştırılır.
- Burun deliğinden girilerek tüp yavaş yavaş ilerletilir.
- Solunum sıkıntısı, öksürük, siyanoz olursa bir süre ara verilir, hasta rahatladığında ilerletmeye devam edilir.
- Yutma refleksi olan bilinci açık hastada ağızdan su verilerek tüpün rahat ilerlemesi sağlanır.



NAZAL TÜP YERLEŞTİRME TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_93	07.11.2012	20.12.2022	RV01	3

- Tüp 60-70 cm ilerletilir. Tüpün midede olup olmadığını kontrol etmek için oskültasyon yöntemi (Tüpten verilen hava sesinin steteskopla abdomen bölgesinden dinlenilmesi) kullanılır. Midede değil ise işlem tekrar edilir.
- Atıklar “**Atık Yönetimi Prosedürü**” na göre ortamdan uzaklaştırılır.
- İşlem “**Hemşire İzlem Formu**”na kaydedilir.
-

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1. Atık Yönetimi Prosedürü
- 7.2. Hemşire İzlem Formu
- 7.3. El Hijyeni Talimatı