



PREZERVATİF SONDA UYGULAMA VE TAKİP TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_95	15.10.2012	23.12.2022	RV01	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

23.12.2022

Hastane logosu değiştirildi.

1

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



PREZERVATİF SONDA UYGULAMA VE TAKİP TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_95	15.10.2012	23.12.2022	RV01	3

1. AMAÇ

Bu protokolün amacı prezervatif sonda takılması ve takibinde standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu protokol prezervatif sonda uygulanmasına yönelik faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR

4.1. Prezervatif Sonda: Erkek hastaların penisi üzerine geçirilen ve ucuna idrar torbası takılan ince plastikten yapılmış sondadır.

5. SORUMLULAR

Bu protokolden hemşire ve hekim sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. TEMEL İLKELER

6.1.1. Hekim istemi ve/veya prezervatif sonda takılma gerekliliği olmalıdır.

6.1.2. Sonda dolaşımı bozmayacak sıklıkta tespit edilmelidir.

6.1.3. Sekiz saat aralıklarla kontrol edilmelidir.

6.1.4. Lateks allerjisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

6.1.5. İdrar torbası mesane seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.

6.2. TANILAMA

6.2.1 Prezervatif Sonda Takılma Gerekliliği:

6.2.1.1. İdrarını tutamayan sürekli idrar kaçıran hastalar

6.2.1.2. İnternal sonda takılamayan ya da takılmasında sakınca olan hastalar

6.2.1.3. İdrar toplanması gereken ancak idrar toplamaya uyum sağlayamayan oryantasyonu bozuk hastalar

6.3. UYGULAMA

6.3.1. Malzemeler

- Flaster
- Prezervatif sonda
- İdrar torbası
- Spanç

6.3.2. İşlem

6.3.2.1. Gerekli malzemeler hasta yanına getirilir.

6.3.2.2. Hastaya işlem hakkında ve prezervatif sonda takılı olduğu sürece dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgi verilir (şişlik, kızarıklık, renk değişikliği, ağrı ve yerinden çıktığında yakınlarına veya hemşirelere iletmesi).

6.3.2.3 Hastanın “**Perine Bakımı Protokolü**” ne uygun temizliği yapılır. Gerekiyorsa makine ile tıraş edilir.

6.3.2.4. İşlem boyunca hastanın mahremiyeti korunur.

6.3.2.5. Hastaya sırt üstü yatar pozisyon (supine) verilir.

6.3.2.6. İşlem boyunca “**El Hijyeni Talimatı**” na uygun el hijyeni sağlanır.

6.3.2.7. Glans Penisten başlayarak penis boyunca prezervatif sonda ilerletilir.

6.3.2.8. Yapışkan bandı açılır.



PREZERVATİF SONDA UYGULAMA VE TAKİP TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
HEM_T_95	15.10.2012	23.12.2022	RV01	3

- 6.3.2.9.** Glans penisin arkasından başlayarak yapışkan bant dikkatlice penis çevresince spiral şekilde sarılır. Eğer bandın yeterli olmadığı görülürse cilt ile prezervatif sonda arasına alerjik olmayan bant ile penis etrafında bir yuvarlak yapılarak yeniden sarılır.
- 6.3.2.10.** Uç kısmına idrar torbası takılır.
- 6.3.2.11.** Sondanın çıkıp çıkmadığı geri çekilerek kontrol edilir.
- 6.3.2.12.** Bantların sıkı olup olmadığı kontrol edilir, ıslaklık var ise değiştirilir.
- 6.3.2.13.** Sekiz saat aralıklarla penis; renk, görünüm, kızarıklık, şişlik ve ağrı yönünden kontrol edilir. Elde edilen bulgular “**Hemşire İzlem Formu**”na kaydedilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1.** Hemşire İzlem Formu
7.2. Perine Bakımı Protokolü
7.3. El Hijyeni Talimatı