



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

KOLONOSKOPI-FLEKSİBLE SIGMOIDOSKOPI UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_03	02.01.2023	-	-	5

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Gastroenteroloji Uzman Hekimi	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



KOLONOSKOPI-FLEKSİBLE SIGMOIDOSKOPI UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_03	02.01.2023	-	-	5

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Kolonoskopi planlanan hastanın işlemin zamanında ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli oda düzeninin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM

Talimat kolonoskopi-fleksible sigmoidoskopi uygulama sürecine ilişkin faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4: TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Endoskopi ünitesi çalışanları bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. Ön Hazırlık

6.1.1 Fiberoptik ekipman ve aksesuarları hazırlanır.

- **Gerekli Malzemeler**
 - Işık kaynağı ile su şişesi
 - Aspirasyon aleti
 - Fiberoskop veya videoendoskop sistemi
 - Işık kaynağı
 - Prosesür
 - Kolonoskop
 - Video monitör
 - Elektrokoter ve ara bağlantıları
 - Valf yağlayıcı madde
 - Kanal aspirasyonu için kavanoz
 - Biyopsi forsepsi
 - Sitoloji fırçası

6.1.2.Biyopsi materyali hazırlanır.

- **Gerekli Malzemeler**
 - Biyopsi tüpü(1/3'i %10 formollü)
 - Biyopsi tüpü için etiket
 - Patoloji isteği
 - Patoloji transport çantası

6.1.3.İntrainvaziv gereçler hazırlanır.

- **Gerekli Malzemeler**
 - Stoper



KOLONOSKOPI-FLEKSİBLE SIGMOIDOSKOPI UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_03	02.01.2023	-	-	5

- Angiocath
- Turnike
- Alkollü swap
- Tegaderm
- Steril gaz
- Enjektör;
 - * 5 ml (2adet)
 - * 10 ml (2adet)
 - * 20 ml (2adet)
 - * 50 ml (2adet)

6.1.4.Tekstil Ürünü hazırlanır.

• **Gerekli Malzemeler**

- Hasta Önlüğü 1adet
- Naylon kılıflı yastık
- Box önlüğü(Hekim -Hemşire için)
- Non-steril kare örtü su geçirmeyen
- Underpad (Hasta alt bezi)

6.1.5.Aspirasyon ekipmanı hazırlanır.

• **Gerekli Malzemeler**

- Aspiratör kavanozu
- Sistemle kavanoz arası bağlantı hortumu
- Skop ile aspiratör arası bağlantı hortumu

6.1.6.Çeşitli malzemeler

- Eldiven (Non-Steril, poşet)
- Ultrason jeli
- Non steril gazlı bez
- Ara bağlantı
- EKG elektrotu
- Puls oksimetre parmak probu
- Ekipman temizleyici dezenfektanlı sprey
- Aspirasyon kanülü
- Böbrek küveti
- Flaster çeşitli büyüklükte etiket
- Yüz korumalı maske
- Gözlük

6.1.7. İlaçlar

- Ultrason jeli
- Buscopan ampul
- Artherosklerol % 2 ampul
- İntravenöz solüsyon



KOLONOSKOPI-FLEKSİBLE SIGMOIDOSKOPI UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_03	02.01.2023	-	-	5

- İzotonik 500 ml
- % 5 Dextroz 500 ml
- Steril tuzlu 10 ml sıvı (SF ampul)
- Sedatize ilaçlar
- Dormicum 5 mg*2
- Dolantin 100 mg*1
- Antidot; Anexate 10 mg*1
- Anestol pomad
- Steril su- 1000 ml

6.2. Uygulama

- Skobu olan laboratuvar da yapılır.

- 6.2.1.** Gerektiğinde acil kaçak testi yapılabilmesi için musluk ve lavabonun çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılır.
- 6.2.2.** Endoskopinin doğruluğu için; test cihazı, ışık kaynağı ve aspirasyon cihazını hazır bulundurulur.
- 6.2.3.** Oral aspirasyon için, merkezi veya hasta başı sistemin çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılır.
- 6.2.4.** Endoskopi de kullanılacak tüm ilaçlar hazırlanır ve Açılan İlaç Etiketi ile etiketlenir.
- 6.2.5.** Oda içerisinde personel Bölümlere Özgü Koruyucu Ekipman Listesi uygun koruyucu önlemlerini alır.
- 6.2.6.** Puls oksimetre kontrol edilir.
- 6.2.7.** Sistemi kurulum, aspirasyon bağlantıları takılır ve kontrol edilir.
- 6.2.8.** Elektrokoter bağlantıları kurulum ve kontrol edilir.
- 6.2.9.** Işık kaynağına skop ve presesür takılır, su pump ını bağlanır, skopun valfleri yağlayıp yerlerine takılır ve hava-su- aspire kontrolü yapılır. Işık netliği ve derinliği kontrol edilip yerine asılır.
- 6.2.10.** Non-steril örtü tedavi masasına açılır ve üzerine işlem sırasında kullanılacak olan; snare, böbrek küvet, steril distile su çekilmiş 50 ml' lik enjektör, iki tane biyopsi tüpü, çeşitli büyüklükte etiket, kirli taşıma konteyneri, çeşitli ebatta gazlı bez, kavanoz içinde aspirasyon için steril distile su koyulur.
- 6.2.11.** Oral aspirasyon ve oksijen sistemini kurulum.
- 6.2.12.** Hasta için bone, delikli şort veya pijama ve maske hazırlanır.
- 6.2.13.** Puls oksimetre, İntravenöz infüzyon düzeni hazırlanır.
- 6.2.14.** İşlem süresince asiste hemşire hekimi asiste etmekten, işleme özel ekipmanları kullanmaktan ve patoloji izlemine yapmaktan, yardımcı hemşire ise hastanın izleminden, ilaçların uygulanmasından ve kayıt işlerinden sorumludur.
- 6.2.15.** İşlem yapılmadan önce mutlaka aktif iletişim tekniği ile kimlik bilgilerini sorarak "**Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü**" ne göre kimlik doğrulaması yapılır ve hasta bilgileri monitöre girilir.
- 6.2.16.** Hastanın "**Endoskopi Hastası Hemşire Değerlendirme Ve Takip Formu**" na anamnezi alınır.
- 6.2.17.** "Güvenli Cerrahi Prosedürü" doğrultusunda preoperatif doğrulama süreci tamamlanır. Preoperatif doğrulama "**Endoskopi Hastası Hemşire Değerlendirme ve Takip Formu**" nun Girişimsel İşlem Doğrulama bölümüne kayıt edilir. Doğal organ açıklıkları işlem bölgesi işaretlenmesi sürecinde kapsam dışı olduğu için işaretleme yapılmaz.
- 6.2.18.** İşleme özel giysilerini giydirilir.



**YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ**

KOLONOSKOPI-FLEKSİBLE SIGMOIDOSKOPI UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_03	02.01.2023	-	-	5

6.2.19.Hastaya puls oksimetre probu takılır ve sabitlenir, nazal kanülü takılır, koter toprak hat bağlantısını kurulur ve hastaya ait özel bir durum söz konusu değilse.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü

7.2. Endoskopi Hastası Hemşire Değerlendirme Ve Takip Formu

7.3. Endoskopi Hastası Hemşire Değerlendirme ve Takip Formu