



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

POLİPEKTOMİ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_05	02.01.2023	-	-	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Gastroenteroloji Uzman Hekimi	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



POLİPEKTOMİ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_05	02.01.2023	-	-	3

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı İşlemin amacına uygun, zamanında gerçekleştirilmesi ve güvenli bir şekilde sonlandırılmasıdır.

2. KAPSAM

Talimat polipektomi uygulama sürecine ilişkin faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4: TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Endoskopi hekim ve hemşirelerinin sorumluluğundadır.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. Ön Hazırlık

6.1.1 Fiberoptik ekipman ve aksesuarları hazırlanır.

- **Gerekli Malzemeler**
 - Polipeltomi snare
 - Polipeltomi basketi
 - Tripod (Hekim isteğine göre; 3'lü, 4'lü, 5'li)
 - Biyopsi ekipmanları Işık kaynağı

6.2. Uygulama

6.2.1. Kolonoskopi/Fleksibil Sigmoidoskop işleminden polip tanımlamasına kadar olan süreç izlenir.

6.2.2. Sistem-düzen fujinon polipektomi snare ve çıkarma ekipmanları üzerinden hazırlanmıştır.

6.2.3. İşlem öncesi ekipmanların hazırlama aşamasında polipeltomi snare ve ekipmanlarının çalışabilirliği kontrol edilir.

6.2.4. İşlem yapılmadan önce mutlaka aktif iletişim tekniği ile kimlik bilgilerini sorarak "**Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü**" ne göre kimlik doğrulama yapılır ve hasta sedyeye sol yan yatırılarak işleme başlanır. Polip'in yerine göre polipektomi sırasında pozisyonda değişiklik olabilir. Bu nedenle hastanın pozisyon değişikliğine bağlı oluşabilecek problemlerin önlemi önceden alınır (Örneğin; damar yolunun yeri, ara bağlantı uzunluğu, koter bağlantılarının yeri ve uzunluğu gibi).

6.2.5. Hastanın pili, metal protezi, vücudunun herhangi bir bölgesinden çıkarılamayan metal bir aparat varsa önlemi alınmalı; aparatın olduğu alana jel sürülmelidir. Mutlaka hekime bildirilir.

6.2.6. Kan sulandırıcı alıp almadığı kontrol edilir.

6.2.7. Biyopsi örnekleri için çeşitli büyüklerde örnek kutuları hazırlanır.

6.2.8. Uygulamaya başlanır.

6.2.9. Hekim polipi tanımladığında biyopsi tüplerinin ağzını açık konuma getirilir ve polipektomi snarei hazır tutulur.

6.2.10. Polipektomi snare'ını kapalı konumda itilir.



POLİPEKTOMİ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_05	02.01.2023	-	-	3

- 6.2.11.** Polip üzerine yerleştirildiğinde ile açılıp-kapatılır. Kapama işlemi yumuşak şekilde tam kapama değil, polipi kavrama şeklinde olmalıdır.
- 6.2.12.** Elektrokoter çalıştırmaya başlamasından sonra polipektomi snarenini adım adım polip kopana kadar kapatılır.
- 6.2.13.** Hekim istediği sayıda işlem tekrar edilir.
- 6.2.14.** Polipin içerden çıkarılması için polipektomi basketi veya tripod hazırlanıp kapalı konumda skopun biyopsi kanalından verilir.
- 6.2.15.** Açma-kapama hareketleri ile basket/tripot kateterle polip tutulur. Polipin alındığı gözle görüldüğünde yumuşak hareketlerle kanaldan çıkarılır.
- 6.2.16.** Eğer polip skopun kanalından geçemeyecek kadar büyük ise, skop ucundan kanala girmeden skopla birlikte snare çıkarılır.
- 6.2.17.** Örnekler biyopsi tüpüne koyulur. Ayrıca snare’de kalan küçük parçalar ince uçlu cımbızla alınarak biyopsi tüpüne konulur, “**Patoloji Örneği Etiketi**” ile etiketlenir.
- 6.2.18.** Biyopsi tüpleri taşıma çantasına güvenli bir şekilde yerleştirilir. Patoloji istem kağıdı ile Numune transportu sağlanır.
- 6.2.19.** Kullanılan malzemeler; “**Endoskopik SkopSterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prosedürü**” ne göre temizlenir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1.** Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü
- 7.2.** Patoloji Örneği Etiketi
- 7.3.** Endoskopik SkopSterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prosedürü