



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

SKLEROTERAPİ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_06	02.01.2023	-	-	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Gastroenteroloji Uzman Hekimi	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



SKLEROTERAPİ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_06	02.01.2023	-	-	3

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Endoskopi Ünitesi'nde kullanılan ekipman ve endoskopların yıkama ve dezenfeksiyonunun sağlanmasıdır ve bu sayede oluşabilecek enfeksiyonların en aza indirgenmesi için uygulanacak olan yöntemlerin belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Bu talimat skleroterapi sürecine ilişkin faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Endoskopi hekim ve hemşirelerinin bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. Malzemeler;

- Sklereterapi enjektörü
- Sklerozan ilaç
- Adrenalin
- Artherosklerol (%1'lik, %2'lik, %3'lük)
- Serum fizyolojik ampul
- İzotonik veya distile su
- Enjektör 10ml: 3 adet, Enjektör 50 ml: 2 adet

6.2 Müdahale edilecek alana gelinceye kadar “Özafagogastrodedonoskopi (Gastroskopi) Uygulama Talimatı” na uygun davranılır.

6.3. İşlem yapılmadan önce mutlaka aktif iletişim tekniği ile kimlik bilgilerini sorarak “Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü” ne göre kimlik doğrulaması yapılır.

6.4. Hemşire skleroterapi enjektörünün çalışıp çalışmadığı kontrol eder.

6.5. Sklerezan ilaç hekim istemiyle hazırlanır.

6.6. Hemşire izotonik veya distile suyu 50 ml' lik enjektörlere çeker.

6.7. Hekim hastanın önce enjeksiyon yapılacak alanını tespit eder.

6.8. Uygulama yapılacak alan iyice saptanır.Bu alanın net görülebilmesi için hemşire soğuk suyla birkaç kez yıkar.

6.9. Hekim skleroterapi enjektörünü istediğinde, kapalı olduğu kontrol edilip skopun biyopsi kanalından ilerletir.

6.10. Hekim direktifi ile hemşire ilacı aralıklı olarak vermeye başlar. Aralarda enjeksiyon yapılmadığı sürelerde snare 'nin ucu kapalı beklenir.

6.11. Skleroterapi enjektörü işlem bittiğinde kapalı olduğundan emin olunup öyle çekilir.

6.12. Gerekirse birkaç kez daha uygulama alanı kontrol amacıyla yıkanır ve işlem sonlandırılır.

6.13. Hasta transfer olduğu üniteye kanama ve ağrı yönünden mutlaka takip edilir.

6.14. Kullanılan malzemelerin temizliği “Endoskopik Skop/Cihazların Dezenfeksiyonu Talimatı” na oda temizliği ise ; “Hastane Genel Temizlik Talimatı” ve “Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prosedürü” ne” na göre temizlenir.



**YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ**

SKLEROTERAPİ UYGULAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
PLK_T_06	02.01.2023	-	-	3

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1.** Özafagogastroduodenoskopi (Gastroskopi) Uygulama Talimatı
- 7.2.** Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü
- 7.3.** Endoskopik Skop/Cihazların Dezenfeksiyonu Talimatı
- 7.4.** Hastane Genel Temizlik Talimatı
- 7.5.** Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prosedürü