



RADYASYONDAN KORUYUCU MALZEME KONTROL TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa
RAD_T_08	07.08.2012	14.04.2014	RV01	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”	“Açıklama”	“Revizyon No”
14.04.2014	‘Radyasyondan Korunma Sorumlusu’ ifadesi ‘Radyasyon Güvenliği Sorumlusu’ olarak değiştirildi	1

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



RADYASYONDAN KORUYUCU MALZEME KONTROL TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa
RAD_T_08	07.08.2012	14.04.2014	RV01	2

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, radyasyon güvenlik programı gereği tüm radyasyondan koruyucu malzemelerin kontrol edilerek radyasyona maruz kalan personelin radyasyon güvenliğinin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat radyasyondan koruyucu malzemelerin kontrolünü kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Radyasyon Güvenliği Kurulu ve “Radyasyon Güvenliği Sorumlusu” sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. UYGULAMA

- 6.1.1. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kullanılan radyasyondan koruyucu malzemeler, Radyasyon Güvenliği Sorumlusu tarafından numaralandırılarak “**Radyasyondan Koruyucu Malzeme Listesi**”ne kayıt edilir.
- 6.1.2. Koruyucu malzemeler üzerinde numarasını belirtir etiket bulunur. Bu etiket çıkartılmaz.
- 6.1.3. Çekim öncesi kursun gözlükler ve kursun cam levha üzerinde bir çatlama olup olmadığı kontrol edilir.
- 6.1.4. Koruyucu önlükler kullanım sonrası düzgün asılmalıdır.
- 6.1.5. Her koruyucu yeni alındığında ve yılda bir kez Radyasyon Güvenliği Sorumlusu tarafından skopi altında çatlak, delik veya yırtık kontrolü yapılır ve sonuç “**Radyasyondan Koruyucu Malzeme Kontrol Formu**”na kayıt edilir. Sonuçlar Radyasyon Güvenliği Kurulu tarafından “**Radyasyon Güvenlik Kurulu İşleyiş Prosedürü**”ne uygun olarak değerlendirilir.
- 6.1.6. Yırtılmış, çatlamış veya delinmiş olan koruyucular saptanırsa kullanım dışı bırakılır.
- 6.1.7. Kullanılacak koruyucuların yeterliliği konusunda şüphe varsa kontrolü yapılana kadar kullanılmaz ve Radyasyon Güvenliği Sorumlusu’na bildirilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1. Radyasyondan Koruyucu Malzeme Listesi
- 7.2. Radyasyondan Koruyucu Malzeme Kontrol Formu
- 7.3. Radyasyon Güvenlik Kurulu İşleyiş Prosedürü
- 7.4. Radyasyon Güvenliği Sorumlusu Görev Tanımı